



## **PELVI.LOC® PL-3DSRR -XS, -S, -M, -L**



For sikker brug af dette produkt bedes De læse denne montage- og brugsanvisning, inden det tages i brug første gang.



### **Anvendelsesområde**

**PELVI.LOC®** PL-3DSRR hjælper personer med begrænset mobilitet specielt i bækken--positionering i kørestol og aktiv-kørestol og forhindrer, at de glider fremad.

### **Påtænkt patientgruppe:**

- Børn, unge og voksne
- Køn: kvinder og mænd

### **Modtagelseskontrol**

Pak produktet helt ud og kontroller at forsendelsen er komplet og fri for transportskader. Hvis De konstaterer, at der mod forventning er fejl ved forsendelsen, så, skal:

1. De reklamere med det samme hos fragtmanden
2. lade skaden / fejlen føres til protokol
3. omgående informere os eller Deres faghandler

### **Leveringsomfang**

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DSRR -XS, -S, -M, -L ikke formonteret
- 2) 1 x informationer om online download af montage- og brugsanvisning

## Montage



Montage skal udføres af en person med fagkendskab.

1. Pudrene (a) placeres altid i bækkenområdet / hoftefolden. – Skraldespændet (e) fastgøres til kørestolens rammerør (Følg montageanvisninger)
2. Tandremmen (b) skubbes ind i det spænde, der er fastgjort på kørestolen eller skraldespændet (e).
  - Derefter kan logoet på puden læses forfra!
3. Juster pudernes afstand låseremmen (d). Bækkenretraktionsbæltet strammes ved at aktivere skraldespænderne (e)..
  - Leddet på tandremmen skal så sidde midt mellem puderne.
  - Tandremmen trækkes maksimalt så langt ud, at der stadig er to tænder fri bag hvert skraldespænde (e).
  - Ved indstilling kan velcrobåndet (g) og puden kan slås op (skal kun overholdes ved bæltet med afdækkede skraldespænder).
4. Derefter fastgøres tandremmen (f) til rammerøret på kørestolen.
5. Tandremmen (b) spændes lige meget på begge sider og så meget, at der stadig er plads til en flad hånd mellem lår og puder.
6. Efter behov kan enderne af tandremmen afkortes halvrundt. Enderne af den afkortede tandrem afgrates i givet fald risiko for tilskadekomst!
7. Kontroller at tandremmen sidder godt fast og låseanordningen på begge sider!



## Brugsanvisning



### Sikkerhedsadvarsler

Trods den stabile konstruktion er hulremme, tandremme og polstringer udsat for en vis slitage. Derfor anbefales det at kontrollere **PELVI.LOC**<sup>®</sup> grundigt hver 3. måned. Her skal man også være opmærksom på, at nitter og skrueforbindelser sidder godt fast!

- Før brug skal man kontrollere, at produktet er i brugsejnet tilstand og sidder korrekt – risiko for uheld!
- Beskadigede komponenter såsom hulrem/gjord (f), tandrem (b) eller polstring (a) må ikke være lappet eller limet og sat i igen - risiko for uheld!
- Sæt dig ikke på polstringen – fare for tryksteder specielt på grund af skraldespændet (erne)!
- Løft ikke kørestolen op over **PELVI.LOC**<sup>®</sup> risiko for uheld!
- Pas på at hænderne ikke kommer i klemme mellem hulrem og ramme- og sidderør – fare for kvæstelse!

### Brugsbegrænsninger / uønskede bivirkninger

- **PELVI.LOC**<sup>®</sup> må ikke anvendes, hvis der er i polstringsområdet er tryksteder, sår eller andre ikke helede skader – fare for tilskadekomst!
- **PELVI.LOC**<sup>®</sup> må ikke anvendes ved knoglesvind, glasknogler eller kraftigt nedsat blodgennemstrømning – fare for tilskadekomst!
- Efter rengøring kontrolleres det, at **PELVI.LOC**<sup>®</sup> s fungerer korrekt!
- En beskadiget **PELVI.LOC**<sup>®</sup> skal omgående fornyes – fare for uheld!



### **Pas på:**

- **PELVI.LOC®** er ikke en del af tilbageholdelsessystemet for kørestolen og/eller brugere ved transport i et handicapkøretøj.
- Hverken producent eller salgsafdeling kan gøres ansvarlig for skader eller risici, hvad angår produktansvar, som er forårsaget af børn uden opsyn, i sammenhæng med produktet!

### **Anvendelse**

1. Til brug af **PELVI.LOC®** placeres puderne (a) i hoftefolden.



**Pas på:** Vær opmærksom på, at der ikke er nogen genstande under puderne. Sådan undgås smertende tryksteder.

2. **Vigtigt:** Må ikke placeres på bækken eller spina!
  3. Så føres tandremmen (b) gennem den aktuelle skralde. Derved aktiveres det tilhørende skraldespænde (e).
  4. Derefter spændes tandremmen (b) så meget, at der endnu er plads til en flad hånd mellem lår og pude.
  5. Sørg for at, skraldespænderne (c) griber ind i tænderne på tandremmen!
- Udfør en trækprøve!

Hvis der under brugen af **PELVI.LOC®** sker en utilsigtet løsning af positioneringssystemet, så kan det udbedres ved at spænde det igen.

**For at åbne **PELVI.LOC®**** aktiveres skraldespændet (c), og tandremmen trækkes ud.

- Pas på at puden ikke kommer i klemme mellem egerne på drivhjulet!

### **Rengøring og desinfektion**

- Egnet til vaskemaskine op til 40 grader.
- Kemotermisk desinfektion mulig ved tilsætning af ELTRA 40 til vaskeprogrammet
- Må ikke slynges.
- Ikke egnet til tørretumbler

### **Vedligeholdelse**

**PELVI.LOC®** skal kontrolleres regelmæssigt for skader og funktion.

### **Reparationer**

Defekte **PELVI.LOC®** skal omgående udskiftes.

## Bortskaffelse

- Apparatets emballage kan afleveres til genbrug.
- Metaldele kan afleveres til genbrug.
- Kunststofdele kan afleveres til genbrug af kunststoffer.
- Bortskaffelsen kan ske i henhold til de relevante nationale, lovmæssige bestemmelser.
- Spørg venligst by-/kommuneadministrationen om lokale virksomheder med bortskaffelse.



## Tekniske data

	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>Sædebredde (cm)</b>	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46
<b>Pudestørrelse (cm)</b>	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5
<b>Vægt (g)</b>	220	220	280	280
<b>Teoretisk brudsted (ved ca. kg)</b>	60	60	80	80

<b>Tandrem str. XS - S</b>	1,9 x 0,2 x 40 cm
<b>Tandrem str. M – L</b>	2,4 x 0,2 x 40 cm

Produktet er  
latexfri



## Garanti

Vi påtager os garantien i henhold til lovbestemmelserne i henhold til lovbestemmelserne. Garantien gælder for materiale- og produktionsfejl. Undtaget herfra er sliddele og dele/komponenter, der er underlagt normalt slid samt skader, der som følge af overdrevet belastning, „forkert brug“, voldsom beskadigelse eller ændring/istandsættelse, der ikke er tilladt. I tilfælde af, at der skal ydes garanti, bedes De kontakte Deres faghandler, hvor De har købt dette produkt. På grund af produktansvar må reparation, vedligeholdelse- og istandsættelsesarbejde kun udføres af en autoriseret faghandler, med anvendelse af originale reservedele.



### Producent:

A2J GmbH  
Am Fuchsberg 13  
D-87452 Altusried  
Tlf.: +49 (08373) 987269  
Fax: +49 (08373) 987276  
Email: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)  
Internet: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)



Dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EF-direktivet 93/42/EØF for medicinske produkter.

Opdateret 01.03.2019

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.