




## **PELVI.LOC® PL-3DWP -XS, -S, -M, -L**



For sikker brug af dette produkt bedes De læse denne montage- og brugsanvisning, inden det tages i brug første gang.



### **Anvendelsesområde**

**PELVI.LOC® PL-3DWP** Waterproof hjælper personer ved positionering og bækkenretraktion for personer med begrænset mobilitet på en siddeflade, fx badekørestol, badeleje, kørestol, siddeskal, terapistol, reha buggy, sportsudstyr.

### **Påtænkt patientgruppe:**

- Børn, unge og voksne
- Køn: kvinder og mænd

### **Modtagelseskontrol**

Pak produktet helt ud og kontroller at forsendelsen er komplet og fri for transportskader. Hvis De konstaterer, at der mod forventning er fejl ved forsendelsen, så, skal

1. De reklamere med det samme hos fragtmanden
2. lade skaden / fejlen føres til protokol
3. omgående informere os eller Deres faghandler

### **Leveringsomfang**

- 1) 1 x **PELVI.LOC® PL-3DWP -XS, -S, -M, -L** formonteret
- 2) 1 x 1 x informationer om online download af montage- og brugsanvisning

## Kombination af medicinsk udstyr

Egnet til hjælpemidler, der er beregnet til brug af en bækkenretraktionssele.

### Montage



Die Montage skal udføres af en person med fagkendskab.

- 1) Puderne (a) placeres altid i lårområdet / hoftefolden. – Tandremmen (b) ligger øverst.
  - Logoet på puden er derefter læsbar forfra!
- 2) Juster afstanden mellem puderne (b) ved aktivering af skraldespænderne (e).
  - Leddet på tandremmen skal så sidde midt mellem puderne.
  - Tandremmen trækkes maksimalt så langt ud, at der stadig er to tænder fri bag hvert skraldespænde (c).
- 3) Fastgør hulremmen (f) ved stelrøret på kørestol,
- 4) Tandremmen (b) spændes lige meget på begge sider og så meget, at der stadig er plads til en flad hånd mellem lår og puder.
- 5) Efter behov kan enderne af tandremmen afkortes halvrundt. Enderne af den afkortede tandrem afgrates i givet fald risiko for tilskadekomst!
- 6) Kontroller at tandremmen sidder godt fast og låseanordningen på begge sider!



### Brugsanvisning



### Sikkerhedsadvarsler

Trods den stabile konstruktion er hulremme, tandremme og puder udsat for en vis slitage. Derfor anbefales det at kontrollere **PELVI.LOC®** grundigt hver 3. måned. Her skal man også være opmærksom på, at nitter og skrueforbindelser sidder godt fast!

- Før brug skal man kontrollere, at produktet er i brugsegnet tilstand og sidder korrekt – risiko for uheld!
- Beskadede komponenter såsom hulrem (f), tandrem (b) eller puder (a) må ikke være lappet eller limet og sat i igen - risiko for uheld!
- Sæt dig ikke på puderne – fare for tryksteder specielt på grund af skraldespændet (erne)!
- Løft ikke kørestolen op over **PELVI.LOC®** - PL3 risiko for uheld!
- Pas på at hænderne ikke kommer i klemme mellem hulrem og ramme- og sæderør – fare for kvæstelse!

### Brugsbegrænsninger / uønskede bivirkninger

- **PELVI.LOC®** PL-3DWP må ikke anvendes, hvis der er i pudeområdet er tryksteder, sår eller andre ikke helede skader – fare for tilskadekomst!
- **PELVI.LOC®** PL-3DWP må ikke anvendes ved knoglesvind, glasknogler eller kraftigt nedsat blodgennemstrømning – fare for tilskadekomst!
- Efter rengøring kontrolleres det, at **PELVI.LOC®** fungerer korrekt!
- En beskadiget **PELVI.LOC®** PL-3DWP skal omgående fornyes – fare for kvæstelser!



### **Pas på:**

- **PELVI.LOC**<sup>®</sup> PL-3DWP er ikke en del af fastholdelsessystemet for kørestol og / eller passagerer, når det transporteres i et køretøj til handicappede.
- Hverken producenten eller distributøren kan holdes ansvarlig for skader eller risici, der er forårsaget af uovervågede børn i forbindelse med produktet !

### **Anvendelse**

1. Ved brug af **PELVI.LOC**<sup>®</sup> PL-3DWP placeres puderne (a) på låret



**Pas på:** Vær opmærksom på, at der ikke er nogen genstande under puderne. Sådan undgås smertende tryksteder.

2. Så føres tandremmen (b) gennem den aktuelle skralde. Derved aktiveres det tilhørende skraldespænde (e).
3. Derefter spændes tandremmen (b) så meget, at der endnu er plads til en flad hånd mellem lår og pude.
4. Sørg for at, skraldespænderne (c) griber ind i tænderne på tandremmen!
  - Udfør en trækprøve!

Hvis der under brugen af **PELVI.LOC**<sup>®</sup> sker en utilsigtet løsning af positioneringssystemet, så kan det udbedres ved at spænde det igen.

**For at åbne **PELVI.LOC**<sup>®</sup> PL-3DWP aktiveres skraldespændet (c), og tandremmen trækkes ud.**

- Pas på at puden ikke kommer i klemme mellem egerne på drivhjulet!

### **Rengøring og desinfektion**

- Desinficeres ved aftørring med ISOPROPANOL 70%
- Der må ikke anvendes opløsningsmidler såsom acetone eller rensebenzin

### **Vedligeholdelse**

**PELVI.LOC**<sup>®</sup> skal kontrolleres regelmæssigt for skader og funktion

### **Reparationer**

Defekte **PELVI.LOC**<sup>®</sup> skal omgående udskiftes..

## Bortskaffelse

- Apparatets emballage kan afleveres til genbrug.
- Metaldele kan afleveres til genbrug.
- Kunststofdeler kan afleveres til genbrug af kunststoffer.
- Bortskaffelsen kan ske i henhold til de relevante nationale, lovmæssige bestemmelser.
- Spørg venligst by-/kommuneadministrationen om lokale virksomheder med bortskaffelse.



Tekniske data	XS	S	M	L
Sædebredde (cm)	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46
Pudestørrelse (cm)	18 x 11	20 x 12	23 x 13,5	27,0 x 13,5
Vægt (g)	200	220	260	320
Teoretisk brudsted (ved ca. kg)	60	60	80	80

Tandrem str. XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
Tandrem str. M - L	2,4 x 0,2 x 17,0 cm
Materiale	EVA lukket porøst

Produktet er  
latexfri



## Garanti

Vi påtager os garantien i henhold til lovbestemmelserne i henhold til lovbestemmelserne. Garantien gælder for materiale- og produktionsfejl. Undtaget herfra er sliddele og dele/komponenter, der er underlagt normalt slid samt skader, der som følge af overdrevet belastning, „forkert brug“, voldsom beskadigelse eller ændring/istandsættelse, der ikke er tilladt. I tilfælde af, at der skal ydes garanti, bedes De kontakte Deres faghandler, hvor De har købt dette produkt. På grund af produktansvar må reparation, vedligeholdelse- og istandsættelsesarbejde kun udføres af en autoriseret faghandler, med anvendelse af originale reservedele



### Producent:

A2J GmbH  
Am Fuchsberg 13  
D-87452 Altusried  
Tlf: +49 (08373) 987269  
Fax: +49 (08373) 987276  
Email: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)  
Internet: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)



Dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i EF-direktivet 93/42/EØF for medicinske produkter.

Opdateret 01.05.2019

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.