



PELVI.LOC® PL-KG-GO S - M - L - XL



For at anvendes dette produkt sikkert bedes du før første anvendelse at læse og følge denne monterings- og brugsanvisning



Anvendelsesområde

PELVI.LOC® PL-KG-GO hjælper særligt personer med begrænset mobilitet til at placere deres ben på kørestolens fodbræt og forhindrer dem i at glide fremad.

Tilsigtet patientgruppe:

- Børn, unge og voksne
- Kønsneutral

Kontrol ved modtagelse

Pak produktet helt ud, og kontrollér forsendelsens fuldstændighed, og om der er transportskader. Hvis du opdager, at forsendelsen mod forventning har en fejl, så:

1. Lav med det samme en reklamation til fragtfirmaet
2. Dokumentér skaden / fejlen
3. Informer os eller din forhandler med det samme

Leveringsomfang

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-KG-GO ankelgamache -S, -M, -L, XL præmonteret (par)
- 2) 1 x monteringssæt
- 3) 1 x information om download af monterings- og brugsanvisning online

Kombination af medicinsk udstyr

Egnet hjælpemiddel, der er beregnet til anvendelse af ankelgamacher

Montering af ankelgamache med skraldespænde



Skal monteres af en person med faglig viden

1. Fastgør begge ankelgamachens stropper på fodbrættet ved hjælp af monteringssættet.
2. Læg hver polstring (a) på i ankelområdet – Tandbåndet (b) er her placeret fremad.
 - Logoet på polstringen kan læses fra siden!
3. Indstil polstringens afstand over tandbåndet (b) ved at aktivere skraldespænderne (e).
 - Tandbåndet bør så befinde sig foran i midten mellem polstringerne.
4. Hvis der er behov for det, kan tandbåndets ender afkortes halvrundt. Afgrat om nødvendigt det afkortede tandbånd – fare for kvæstelser!
5. Kontrollér på begge sider af tandbåndet, at det sidder ordentligt fast og er låst!



Brugsanvisning



Sikkerhedsanvisninger

På trods af en stabil konstruktion udsættes komponenter såsom stropper, tandbånd og polstring for en vis slitage. Derfor anbefaler vi at kontrollere **PELVI.LOC**[®] grundigt hver 3. måned. Her skal man også være opmærksom på, at nitter og skrueforbindelser sidder godt fast!

- Før brug skal du sikre dig, at produktet er i en brugsklar tilstand, samt at produktet sidder korrekt – fare for uheld!
- Beskadigede komponenter såsom bæltebånd, tandbånd (b) eller polstring (a) må ikke repareres eller limes og anvendes igen – fare for uheld!
- Løft ikke kørestolen over **PELVI.LOC**[®] – fare for uheld!

Anvendelsesbegrænsninger / uønskede bivirkninger

- Anvend ikke **PELVI.LOC**[®], hvis der er tryksteder, sår eller andre ikke uhelede skader – Fare for kvæstelser!
- Anvend ikke **PELVI.LOC**[®] i tilfælde af knoglesvind, Osteogenesis imperfecta eller kraftige kredsløbsforstyrrelser – Fare for kvæstelser!
- Sørg efter rengøring for, at **PELVI.LOC**[®] fungerer korrekt!
- Hvis **PELVI.LOC**[®] er beskadiget, skal den udskiftes med det samme – fare for uheld!



Bemærk:

- **PELVI.LOC**[®] er ikke del af systemet til at fastholde kørestolen og/eller brugeren under transport i køretøjer til handicaptransport.
- Hverken producenten eller forhandleren kan, hvad angår produktansvar, gøres erstatningsansvarlig for skader eller risici, der opstår som følge af børn, der i forbindelse med produktet ikke er under opsyn!

Anvendelse

1. Ved anvendelse af **PELVI.LOC**[®] bliver polstringen (a) lagt på anklen



Bemærk: Sørg for, at der ikke befinder sig nogen genstande under polstringen! På den måde undgår du smertefulde tryksteder.

2. Før så tandbåndet (b) gennem den pågældende skralde. Anvend det tilhørende skraldespænde (e) til det.
 3. Spænd derefter tandbåndet (b) så meget, at der stadig er plads til en flad hånd mellem ankel og polstring.
 4. Sørg for, at klinken (e) griber ind i tænderne på tandbåndet!
- Lav en trækprøve!

Hvis der under anvendelse af **PELVI.LOC**[®] opstår en uønsket løsning af positioneringssystemet, så kan det afhjælpes ved at spænde igen.

For at åbne **PELVI.LOC[®]** skal du aktivere klinken, og trække tandbåndet ud.

- Sørg for, at polstringen ikke ender mellem drivhjulets eger!

Rengøring af desinfektion

- Egnet til vaskemiddel op til 40 grader.
- Mulighed for kemotermisk desinfektion ved at tilføje ELTRA 40 til vasken
- Må ikke centrifugeres
- Må ikke tørretumbles

Vedligeholdelse

PELVI.LOC[®] skal regelmæssigt kontrolleres for skader, og at den fungerer korrekt.

Reparationer

Udskift en defekt **PELVI.LOC**[®] med det samme.

Bortskaffelse

- Produktets emballage kan bortskaffes til genanvendelse.
- Metaldelene kan bortskaffes som metal til genanvendelse.
- Plastdele kan bortskaffes som plast til genanvendelse.
- Bortskaffelsen skal foretages i henhold til de pågældende nationale lovbestemmelser.
- Spørg hos kommunen/borgerservice efter lokale genbrugspladser.

Tekniske data

	S	M	L	XL
Omfang (cm)	17 - 23	20 - 26	24 - 30	26 - 34
Tandbånd	R-19-VI-BL-210	R-19-VI-BL-275	R-19-VI-BL-300	R-19-VI-BL-300

latexfri



Opbevarings- og transportbetingelser

	Temperaturområde ved længerevarende opbevaring fra -10°C til +40°C. Kortere temperaturudsving, f.eks. i forbindelse med transport, fra -20°C til +60°C tolereres godt af materialet og påvirker ikke produktets sikkerhed og ydeevne.
	Beskyt mod fugt under opbevaring og transport

Garanti

Vi stiller garanti for dette produkt i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Det gælder materiale- og bearbejdningsfejl. Her er sliddele udelukket sammen med komponenter/enheder, der er genstand for tiltænkt slitage samt skader, der opstår som for stor belastning, "ikke-normal anvendelse", skader med vold eller ikke-tilladte ændringer/reparationer. I tilfælde af at der skal gøres brug af garantien bedes du henvende dig til din forhandler, som du har købt produktet hos. På grund af produktansvaret må reparationer, vedligeholdelse og istandsættelser kun udføres af autoriserede forhandlere, som anvender originaldele



Producent:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Fon: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

eMail: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav i EU-forordning 2017/745 om medicinsk udstyr - forordning om medicinsk udstyr (MDR)

Opdateret 01.01.2025

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.