




PELVI.LOC®

Sistema de asiento de la pelvis y contorno PL-CSS - S - M - L



Lea y siga estas instrucciones de montaje y uso antes del primer uso para una aplicación segura de este producto.



Ámbito de aplicación

El sistema de asiento de la pelvis y contorno **PELVI.LOC®** PL-CSS sirve para el posicionamiento y la retracción pélvica para personas con movilidad reducida en una superficie de asiento, e impide el deslizamiento hacia adelante en la silla de ruedas, la silla de ruedas activa, un asiento, una silla terapéutica o un aparato deportivo.

Grupo de pacientes previsto:

- Niños, adolescentes y adultos
- Sexo: femenino y masculino

Control de recepción

Desembale este producto por completo y compruebe que el envío esté íntegro y no presente daños de transporte. Si detecta que el envío, en contra de lo esperado, presenta un fallo, proceda de la siguiente manera:

1. Presente una reclamación al transportista de inmediato.
2. Encárguese de que se registre el daño / fallo.
3. Infórmenos a nosotros o a su vendedor especializado de inmediato.

Volumen de suministro

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-CSS -S, -M, -L premontado
- 2) 1 x información para descargar las instrucciones de montaje y uso en línea

Combinación de productos médicos

Apto para medios auxiliares previstos para el uso de una correa de retracción pélvica

Montaje



El montaje debe ser realizado por una persona con conocimientos técnicos.

1. Los acolchados (a) deben estar junto a la zona de la pelvis / los pliegues de las caderas / la entrepierna.
2. Fije la banda dentada (b) al tubo del asiento de la silla de ruedas (siga las indicaciones de montaje)
 - La banda de la correa (f) se fija de forma individual a la superficie del asiento de la silla de ruedas.
3. Ajuste la distancia de los acolchados a través de la banda dentada (b). La correa 3 D se tensa accionando las hebillas de presión (e).
4. Tense la banda dentada (b) por los dos lados hasta que quede solo hueco para una mano abierta entre el muslo y el acolchado.
5. En caso necesario, pueden acortarse los extremos de la banda dentada de forma semicircular. En caso necesario, desbarbe los extremos de la banda dentada cortada. – ¡Peligro de lesiones!
6. ¡Revise el asiento fijo y la retención a ambos lados de la banda dentada!



Instrucciones de uso



Indicaciones de seguridad

A pesar de las construcciones estables, componentes como las correas perforadas, las tiras de las correas, las bandas dentadas y los acolchados están sujetos a un cierto desgaste. Por ello, se recomienda controlar a fondo el **PELVI.LOC®** cada 3 meses. ¡Aquí se debe prestar atención también al asiento fijo de las uniones de remaches y atornilladas!

- Convéncese de que el estado del producto permite su uso y de que está asentado correctamente – ¡Peligro de lesiones!
- No remiende, pegue ni vuelva a utilizar componentes dañados, como correas perforadas/tiras de correas (f), la banda dentada (b) o los acolchados (a) – ¡Peligro de accidente!
- No se siente sobre los acolchados – ¡Peligro de puntos de presión, especialmente por las hebillas de presión (e)!
- No eleve la silla de ruedas por encima del **PELVI.LOC®** - ¡Peligro de accidente!
- Preste atención a no poner las manos entre la correa perforada y los tubos del bastidor o del asiento - ¡Peligro de aplastamiento!

Limitaciones del uso / efectos secundarios no deseados

- No utilice el **PELVI.LOC®** si hay puntos de presión, heridas u otras lesiones no curadas en la zona de los acolchados – ¡Peligro de lesiones!
- No utilice el **PELVI.LOC®** en caso de osteoporosis, huesos de cristal o trastornos graves de la circulación – ¡Peligro de lesiones!
- ¡Asegure el correcto funcionamiento del **PELVI.LOC®** después de limpiarlo!
- Un **PELVI.LOC®** dañado debe cambiarse a la mayor brevedad posible – ¡Peligro de accidente!



Atención:

- El **PELVI.LOC®** no forma parte del sistema de retención para la silla de ruedas o los pasajeros en el transporte en un sistema de transporte de minusválidos.
- En el sentido de la responsabilidad por productos, ni el productor ni el distribuidor pueden asumir responsabilidad por los daños o riesgos que se produzcan en relación con el producto por dejar a niños sin supervisión.

Modo de empleo

1. Para utilizar el **PELVI.LOC®**, los acolchados (a) se colocan en la zona de la pelvis/los pliegues de las caderas.



Atención: ¡Preste atención a que no haya ningún objeto bajo el acolchado! De este modo evitará dolorosos puntos de presión.

2. Después, pase la banda dentada (b) por el trinquete correspondiente. Para ello, accione la hebilla de trinquete (e) correspondiente.
 3. A continuación, tense la banda dentada (b) hasta que quede solo hueco para una mano abierta entre el muslo y el acolchado.
 4. ¡Asegúrese de que las hebillas de presión (e) agarren los dientes de la banda dentada!
- ¡Haga una prueba de tracción!

Si el sistema de posicionamiento **PELVI.LOC®** se suelta de forma no deseada al usarse, puede solucionarlo volviéndolo a tensar.

Para abrir el PELVI.LOC®, accione la hebilla de presión (e) y saque la banda dentada.

- ¡Preste atención a que los acolchados no queden atrapados entre los radios de la rueda de accionamiento!

Limpieza y desinfección

- Apto para la lavadora hasta a 40 grados.
- Es posible la desinfección quimicotérmica añadiendo ELTRA 40 en cada lavado.
- No centrifugar
- No apto para la secadora

Mantenimiento

Deben comprobarse periódicamente los daños y el funcionamiento del **PELVI.LOC®**.

Reparaciones

Cambie los **PELVI.LOC®** defectuosos de inmediato.

Desechamiento

- El embalaje del dispositivo puede llevarse a un punto de reciclaje de materiales reutilizables.
- Las piezas de metal pueden llevarse a un punto de reciclaje de metales usados.
- Las piezas de plástico pueden llevarse a un punto de reciclaje de plásticos.
- El desechar debe efectuarse en conformidad con las correspondientes disposiciones legales nacionales.
- Pregunte por empresas de desechar locales a su administración municipal.

Datos técnicos

	S	M	L
Istuimen leveys (cm)	26 - 35	36 - 39	40 - 46
Pehmusteen koko (cm)	19 x 7,5	29 x 11	36 x 13,5
Paino (g)	260	300	400
Oletusmurtopiste (noin kg kohdalla)	60	80	80

Banda dentada tam. XXXS - XXS		El producto no contiene látex  
Banda dentada tam. XS - S	2,4 x 0,2 x 40 cm	
Banda dentada tam. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40 cm	
Hebilla de trinquete tam. XXXS		
Hebilla de trinquete tam. XXS		
Hebilla de trinquete tam. XS - S	B-24-STAR-BL	
Hebilla de trinquete tam. M - L - XL	B-24-STAR-BL	

Condiciones de almacenamiento y transporte

	Rango de temperatura para almacenamiento a largo plazo de -10°C a +40°C. Los picos de temperatura a corto plazo, por ej. durante el transporte, de -20°C a +60°C, son bien tolerados por el material y no afectan a la seguridad ni al rendimiento del producto.
	Proteger de la humedad durante el almacenamiento y el transporte

Garantía

Para este producto, ofrecemos una garantía de conformidad con las disposiciones legales. Esto se extiende a los defectos de material y mano de obra. Quedan excluidas las piezas de desgaste y las piezas/los conjuntos que se encuentran sometidos a un desgaste normal, así como los daños derivados de una solicitud excesiva, un "uso no conforme a lo previsto", daños violentos o modificaciones/repares no autorizadas. En caso de reclamación de garantía, póngase en contacto con su distribuidor especializado al que compró este producto. Por razones de responsabilidad sobre el producto, los trabajos de reparación, mantenimiento y revisión sólo deben ser realizados por distribuidores especializados autorizados utilizando piezas de repuesto originales



Fabricante:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tel.: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

Correo electrónico: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com

Actualizado 01.01.2025



Este producto cumple con los requisitos básicos del Reglamento de la UE 2017/745 sobre productos médicos – Medical Device Regulation (MDR)

Sujeto a modificaciones técnicas