



PELVI.LOC® PL-KG-GO - S - M - L - XL



Per un uso sicuro di questo prodotto, leggere e osservare le presenti istruzioni per il montaggio e l'uso prima del primo utilizzo



Ambito di applicazione

PELVI.LOC® PL-KG-GO è utilizzato da persone con mobilità limitata per posizionare le gambe sui poggiatesta della sedia a rotelle, impedendone lo scivolamento in avanti.

Gruppo di pazienti target:

- Bambini, ragazzi e adulti
- Ambo i sessi

Controllo alla consegna

Disimballare completamente il prodotto e verificare che la spedizione sia completa e non presenti danni da trasporto. Se, contrariamente alle aspettative, la spedizione è danneggiata o errata, procedere come segue:

1. Effettuare immediatamente un reclamo al corriere
2. Richiedere la registrazione del danno/errore
3. Informarne immediatamente la nostra azienda o il proprio rivenditore specializzato

Contenuto della spedizione

- 1) 1 x cintura per gambe **PELVI.LOC®** PL-KG-GO -S, -M, -L, XL premontata (coppia)
- 2) 1 x set di montaggio
- 3) 1 x informazioni su come scaricare le istruzioni per il montaggio e l'utilizzo

Combinazione di prodotti medicali

Adatto per gli ausili destinati all'uso di fasce per le gambe

Montaggio delle fasce per le gambe con fibbie a cricchetto



Il montaggio deve essere effettuato da una persona dotata delle necessarie competenze tecniche

1. Fissare entrambe le cinghie della fascia per le gambe ai poggiapiedi utilizzando il set di montaggio.
2. Posizionare l'imbottitura (a) all'altezza delle caviglie. - La cinghia dentata (b) deve trovarsi nella parte anteriore.
 - Il logo apposto sull'imbottitura deve essere leggibile dai lati!
3. Regolare la distanza dell'imbottitura utilizzando la cinghia dentata (b) azionando le fibbie a cricchetto (e).
 - La cinghia dentata deve quindi trovarsi tra le imbottiture, avanti al centro.
4. Se necessario, è possibile tagliare le estremità della cinghia dentata a metà giro. Sbavare eventualmente le estremità della cinghia dentata tagliata - pericolo di lesioni!
5. Verificare che la cinghia dentata sia correttamente posizionata e bloccata su entrambi i lati!



Istruzioni per l'uso



Avvertenze di sicurezza

Nonostante la loro struttura stabile, componenti come cinture, cinghie dentate e imbottiture sono soggette a una certa usura. Pertanto, si consiglia di eseguire un'ispezione approfondita del **PELVI.LOC®** ogni 3 mesi. In questa sede, verificare anche che i collegamenti rivettati e a vite siano saldamente in posizione!

- Prima dell'uso, assicurarsi che il prodotto sia in condizioni utilizzabili e che sia della misura corretta - pericolo di incidenti!
- Non riparare o incollare e riutilizzare componenti danneggiati, come ad es. cintura, cinghia dentata (b) o imbottitura (a) - pericolo di incidenti!
- Non sollevare la sedia a rotelle afferrandola per il **PELVI.LOC®** - Pericolo di incidenti!

Limitazioni per l'utilizzo / effetti collaterali indesiderati

- Non utilizzare il **PELVI.LOC®** se nella zona delle imbottiture sono presenti ulcere, ferite o altre lesioni non guarite – pericolo di lesioni!
- Non utilizzare **PELVI.LOC®** in caso di osteoporosi, osteogenesi imperfetta o gravi problemi circolatori - pericolo di lesioni!
- Dopo la pulizia, verificare il corretto funzionamento del **PELVI.LOC®**!
- Se è danneggiato, sostituire immediatamente il **PELVI.LOC®** - pericolo di lesioni!



Attenzione:

- **PELVI.LOC**[®] non è un componente del sistema di ritenuta della sedia a rotelle e/o dei passeggeri trasportati in un veicolo per il trasporto dei disabili.
- Il produttore e il distributore non possono essere ritenuti responsabili - in termini di responsabilità del prodotto - per i danni o i rischi derivanti dall'uso del prodotto da parte di bambini non sorvegliati!

Uso

1. Per utilizzare il **PELVI.LOC**[®], collocare le imbottiture (a) sulle caviglie



Attenzione: Assicurarsi che non siano presenti oggetti al di sotto delle imbottiture! In questo modo si eviteranno punti di pressione dolorosi.

2. Quindi, passare la cinghia dentata (b) attraverso il rispettivo cricchetto. A tal fine, utilizzare la fibbia a cricchetto (e) corrispondente.
 3. Quindi, tendere la cinghia dentata (b) in modo tale che sia ancora possibile introdurre la mano (piatta) tra la caviglia e l'imbottitura.
 4. Assicurarsi che la battuta (e) si innesti nei denti della cinghia dentata!
- Effettuare una prova di trazione!

Qualora durante l'uso del **PELVI.LOC**[®] si verifichi un allentamento involontario del sistema di posizionamento, tendere nuovamente la cinghia.

Per aprire il PELVI.LOC[®], azionare la battuta ed estrarre la cinghia dentata.

- Assicurarsi che le imbottiture non si incastrino tra i raggi della ruota motrice!

Pulizia e disinfezione

- Lavabile in lavatrice fino a 40 gradi.
- È possibile eseguire una disinfezione chemiotermica aggiungendo del detersivo ELTRA40 durante il processo di lavaggio
- Non centrifugare
- Non adatto all'asciugatrice

Manutenzione

Verificare regolarmente l'integrità e il corretto funzionamento del **PELVI.LOC**[®].

Riparazioni

Sostituire tempestivamente i **PELVI.LOC**[®] difettosi.

Smaltimento

- L'imballaggio del dispositivo può essere riciclato.
- Le parti metalliche possono essere destinate al riciclaggio dei rottami metallici.
- Le parti in plastica possono essere destinate al riciclaggio della plastica.
- Lo smaltimento deve essere effettuato secondo le disposizioni di legge nazionali.
- Rivolgersi all'amministrazione comunale per ricevere informazioni sulle aziende di smaltimento locali.

Dati tecnici

	S	M	L	XL
Circonferenza (cm)	17 - 23	20 - 26	24 - 30	26-34
Cinghia dentata	R-19-VI-BL-210	R-19-VI-BL-275	R-19-VI-BL-300	R-19-VI-BL-300

priva di lattice



Condizioni di stoccaggio e trasporto

	<p>In caso di stoccaggio prolungato, conservare a una temperatura compresa tra -10°C e +40°C.</p> <p>Il materiale è in grado di tollerare picchi di temperatura per brevi periodi, ad es. durante il trasporto, compresi tra -20°C e +60°C, senza alcuna ripercussione sulla sicurezza e la funzionalità del prodotto.</p>
	<p>Proteggere il prodotto dall'umidità durante il trasporto e lo stoccaggio</p>

Garanzia

Forniamo una garanzia per questo prodotto in conformità alle disposizioni di legge. Questa include difetti del materiale e di lavorazione. Tale garanzia non include le parti soggette a usura e i componenti/gruppi soggetti alla normale usura, nonché i danni derivanti da sollecitazioni eccessive, "uso improprio", danni violenti o modifiche/riparazioni non autorizzate. In caso di richiesta di garanzia, si prega di contattare il proprio rivenditore specializzato presso cui è stato acquistato il prodotto. Per motivi di responsabilità del prodotto, gli interventi di riparazione, manutenzione e riparazione possono essere eseguiti solo da rivenditori specializzati autorizzati utilizzando pezzi di ricambio originali



Produttore:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Fon: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

eMail: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com

Versione 01.01.2025



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali del Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici - Regolamento sui dispositivi medici (MDR).

Il produttore si riserva il diritto di apporre modifiche tecniche