




## PELVI.LOC® PL-3DAS - XS, -S, -M, -L



Pro bezpečné použití tohoto výrobku si přečtěte a před prvním použitím prosím dbejte návodu k montáži a použití.



### Oblast použití

**PELVI.LOC® PL-3DAS** slouží osobám s omezenou mobilitou, speciálně pro polohování pánev v invalidním vozíku a aktivním invalidním vozíku a brání sklouznutí dopředu.

### Určená skupina pacientů:

- děti, mládež a dospělé osoby
- pohlaví: ženské a mužské

### Kontrola při převzetí

Výrobek kompletně rozbalte a zásilku zkontrolujte z hlediska úplnosti a poškození při přepravě. Pokud byste zjistili, že zásilka oproti očekávání vykazuje vadu, tak:

1. ji okamžitě reklamujte u dopravce
2. nechte škodu / vadu zaznamenat do protokolu
3. okamžitě informujte nás nebo vašeho specializovaného prodejce

### Rozsah dodávky

- 1) 1 x **PELVI.LOC® PL-3DAS -XS, -S, -M, -L** předmontováno
- 2) 1 x informace k online stažení návodu k montáži a použití

## Montáž



Montáž by měla provést osoba s odbornými znalostmi.

1. Polstrování (a) přiložte vždy v oblasti pánev / kyčelního záhybu. – Ozubený pás (b) přitom leží nahoře.
  - Logo na polstrování přitom musí být čitelné zepředu!
2. Vzdálenost polstrování nastavte pomocí ozubeného pásu (b) stisknutím spony ráčny (e).
  - Kloub ozubeného pásu by se pak měl nacházet uprostřed mezi polstrováním.
  - Ozubený pás musí být max. natolik vytažený, aby byly ještě dva zuby za každou západkou (c) volné.
  - K nastavení může být povolen suchý zip (d) a polstrování roztaženo (dbejte jen u pásů se zakrytou sponou ráčny).
3. Následně umístěte děrované řemeny/popruhové pásy (f) na trubce rámu invalidního vozíku.
4. Ozubený pás (b) na obou stranách napněte stejně a natolik, aby bylo mezi stehnem a polstrováním ještě místo na jednu plochu ruky.
5. V případě potřeby mohou být konce ozubeného pásu polokruhově zkráceny. Z konce zkráceného ozubeného pásu odstraňte případné otřepy. – nebezpečí poranění!
6. Zkontrolujte pevné umístění a aretaci na obou stranách ozubeného pásu!



## Návod k použití



## Bezpečnostní pokyny

I přes stabilní konstrukci podléhají konstrukční díly, jako jsou děrované popruhy, pásy popruhů, ozubené pásy a polstrování určitému opotřebení. Proto doporučujeme každé tři měsíce **PELVI.LOC®** důkladně kontrolovat. Dbejte přitom také na dotažení nýtovaných a šroubovaných spojů!

- Před použitím se přesvědčte o stavu vhodném k použití a správné poloze výrobku - nebezpečí nehody!
- Poškozené konstrukční díly, jako jsou děrované řemeny / pásy popruhů (f), ozubený pás (b) nebo polstrování (a) neopravujte záplatami, resp. neslepujte a opět nepoužívejte - nebezpečí nehody!
- Na polstrování si nesedejte - nebezpečí otlačených míst především vlivem ráčen (e)!
- Invalidní vozík nezvedejte za **PELVI.LOC®** - nebezpečí nehody!
- Dbejte přitom na to, abyste nedávali ruce mezi děrovaný pás a trubku rámu nebo sedadla - nebezpečí přímáčknutí!

## Omezení použití / nežádoucí vedlejší účinky

- **PELVI.LOC®** nepoužívejte, když se v oblasti polstrování vyskytují otlačená místa, trhliny nebo jiná poškození - nebezpečí poranění!
- **PELVI.LOC®** nepoužívejte v případě osteoporózy, řídnutí kostí nebo silného prokrovování - nebezpečí poranění!
- Po vycištění zajistěte správnou funkci **PELVI.LOC®**!



### Pozor:

- **PELVI.LOC®** není součástí zádržného systému pro invalidní vozíky a/nebo cestující při přepravě ve vozidle pro přepravu postižených osob.
- Výrobce ani distributor nemohou být ve smyslu zodpovědnosti za výrobek zodpovědní za škody nebo rizika, která budou způsobena v souvislosti s výrobkem dětmi, které nejsou pod dohledem!

### Použití

1. K použití **PELVI.LOC®** je polstrování (a) pokládáno do oblasti pánve / kyčelního záhybu.



**Pozor:** Dbejte na to, aby se pod polstrováním nenacházely žádné předměty! Zabráňte tak bolestivým otlakům.

2. Poté ozubený pás (b) veďte skrz příslušnou ráčnu. Pro tento účel stiskněte příslušnou sponu ráčny (e).
3. Následně ozubený pás (b) napněte natolik, aby bylo mezi stehnem a polstrováním ještě místo na jednu plochu ruky.
4. Zajistěte, aby západky (e) zasahovaly do zubů ozubeného pásu!

- Proveďte zkoušku tahu!

Pokud dojde během používání **PELVI.LOC®** k nechtěnému uvolnění polohovacího systému, pak to může být odstraněno opětovným napnutím.

**K otevření PELVI.LOC® PL-3DWP** stiskněte západku (c) a vytáhněte ozubený pás.

- Dbejte na to, aby se polstrování nedostalo mezi špice hnacího kola!

### Čištění a dezinfekce

- Vhodné k praní v pračce do 40 stupňů.
- Chemicko-teplelná dezinfekce je možná přidáním ELTRA 40 do prací operace.
- Neždímejte.
- Nevhodné do sušičky.

### Údržba

**PELVI.LOC®** pravidelně kontrolujte z hlediska poškození a funkčnosti.

### Opravy

Vadný **PELVI.LOC®** okamžitě vyměňte.

## Likvidace

- Obal přístroje může být předán k recyklaci druhotných surovin.
- Kovové díly mohou být předány k recyklaci použitých kovů.
- Plastové díly mohou být předány k recyklaci plastů.
- Likvidace musí probíhat dle příslušných národních zákonných ustanovení.
- Zeptejte se prosím správy vašeho města/obce na místní likvidační podniky.



## Technické údaje

	XS	S	M	L
Délka sedadla (cm)	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46
Velikost polstrování (cm)	17,5 x 9	20 x 11	23 x 13	25,5 x 14
Hmotnost (g)	220	220	280	280
Stanovené místo lomu (při cca kg)	60	60	80	80

Ozubený pás vel. XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
Ozubený pás vel. M - L	2,4 x 0,2 x 17,0 cm

Výrobek  
neobsahuje latex

## Záruční plnění

Za tento výrobek přebíráme zodpovědnost dle zákonných ustanovení. Ta se týká materiálových a výrobních vad. Jsou z ní vyloučeny opotřebitelné díly a díly/konstrukční skupiny, které podléhají stanovenému opotřebení, stejně jako škody, které vyplynou v důsledku nadměrného namáhání, použití v rozporu s určením, násilného poškození nebo nepřípustných změn/oprav. V případě záručního plnění se prosím obraťte na vašeho specializovaného prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili. Z důvodů zodpovědnosti za výrobek smí být opravné, údržbové a servisní práce prováděny jen autorizovanými specializovanými prodejci s použitím originálních náhradních dílů.



### Výrobce:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tel.: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

Email: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)

Internet: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)

Tento výrobek splňuje Základní požadavky ES Směrnice o zdravotních prostředcích 93/42/EHS.

Stav 01.03.2019

Technické změny vyhrazeny