



PELVI.LOC® PL-KG-GO - S - M - L - XL



For sikker bruk av dette produktet må denne monteringsveiledningen og bruksanvisningen leses og overholdes før første gangs bruk



Bruksområde

PELVI.LOC® PL-KG-GO er for personer med redusert mobilitet, spesielt for plassering av beina på fotbrettet til rullestolen og forhindre at de sklir fremover.

Tiltenkt pasientgruppe:

- Barn, ungdommer og voksne
- Kjønnsnøytral

Kontroll ved mottatt levering

Produktet pakkes helt ut og forsendelsen kontrolleres for at den er komplett og ikke har transportskader. Hvis du oppdager at forsendelsen har en uventet feil:

1. Klag umiddelbart til transportøren
2. Få registrert skaden/feilen
3. Informer oss eller fagforhandleren umiddelbart

Inkludert i leveringen

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-KG-GO ankelgamasje -S, -M, -L, XL forhåndsmontert (par)
- 2) 1 x byggsett
- 3) 1 x informasjon om nedlastning av monteringsveiledning og bruksanvisning på nettet

Kombinasjon av medisinsk utstyr

Egnet for hjelpemidler som er tiltenkt bruk av ankelgamasjer

Montering ankelgamasje med skrallespenn



Monteringen bør utføres av en person med fagkunnskaper

1. De to beltene til ankelgamasjen festes ved hjelp av byggsettet på fotbrettet.
2. Polstrene (a) legges i ankelområdet. – Båndet (b) er foran.
 - Logoen på polsteret kan leses fra siden!
3. Avstand til polster over bånd (b) stilles inn med skrallespennene (e).
 - Båndet skal være foran i midten, mellom polstrene.
4. Ved behov kan endene til båndet kuttes til en halvsirkelformet form. Endene til kuttet bånd avgrades om nødvendig. – Fare for skade!
5. Kontroller at båndet sitter godt og er låst på begge sider!



Bruksanvisning



Sikkerhetshenvisninger

Til tross for den solide konstruksjonen får komponenter som belter, bånd og polster en viss slitasje. Vi anbefaler derfor å kontrollere **PELVI.LOC**[®] grundig hver 3 måned. Her må man også se til at nagle- og skrueforbindelser sitter godt!

- Før bruk må du se til at produktet er i funksjonsriktig tilstand og at produktet sitter godt – fare for ulykke!
- Komponenter med skader som beltestropper, bånd (b) eller polster (a) må ikke repareres eller limes og settes inn igjen – fare for ulykke!
- Ikke løft rullestolen etter **PELVI.LOC**[®] - fare for ulykke!

Begrensninger på bruk/uønskede bivirkninger

- Ikke bruk **PELVI.LOC**[®] dersom det finnes trykksteder, sår eller andre skader som ikke er helet i området til polster – fare for skade!
- Ikke bruk **PELVI.LOC**[®] ved bentap, benskjørhet eller alvorlige sirkulasjonsproblemer – fare for skade!
- Se til at **PELVI.LOC**[®] fungerer riktig etter rengjøring!
- En **PELVI.LOC**[®] med skader bør byttes ut umiddelbart – fare for skade!



OBS:

- **PELVI.LOC**[®] er ikke en del av et sikringssystem for rullestolene og/eller passasjerer under transport i et bevegelseshemmet transportkjøretøy.
- I henhold til produktansvar kan ikke produsenten eller distributører gjøres ansvarlig for skader eller risikoer som forårsakes av barn uten tilsyn i sammenheng med produktet!

Bruk

1. Ved bruk av **PELVI.LOC**[®] legges polstrene (a) på ankene



OBS: Se til at det ikke finnes gjenstander under polsteret! Slik unngår du vonde trykksteder.

2. Båndet (b) føres gjennom respektiv skralle. Bruk tilsvarende skralleklemme (e) ved dette.
 3. Deretter strammes båndet (b) så mye at det er plass til en flat hånd mellom ankel og polster.
 4. Se til at låsene (e) går i inngrep med tennene på båndet!
- Trekkprøve utføres!

Dersom posisjoneringssystemet til **PELVI.LOC**[®] løsnes under bruk, så kan dette rettes ved å stramme på nytt.

Ved å åpne **PELVI.LOC[®]** trykkes låsen og båndet trekkes ut.

- Se til at polsteret ikke kommer i mellom spilene til drivhjulet!

Rengjøring og desinfeksjon

- Egnet for vaskemaskin på opptil 40 grader.
- Kjemotermisk desinfeksjon er mulig ved å tilføre ELTRA 40 i vaskeprosessen
- Må ikke sentrifugeres
- Ikke egnet for tørketrommel

Vedlikehold

PELVI.LOC[®] skal kontrolleres regelmessig for skade og riktig funksjon.

Reparasjoner

Defekte **PELVI.LOC**[®] byttes ut umiddelbart.

Avhending

- Enhetens emballasje kan resirkuleres.
- Metalldelene kan resirkuleres som skrapmetall.
- Plastdelene kan resirkuleres.
- Avhending gjøres i samsvar med de respektive nasjonale lovkravene.
- Spør administrasjonen i byen/kommunen om lokale avhendingsbedrifter.

Tekniske data

	S	M	L	XL
Omfang (cm)	17 - 23	20 - 26	24 - 30	26-34
Bånd	R-19-VI-BL-210	R-19-VI-BL-275	R-19-VI-BL-300	R-19-VI-BL-300

uten lateks



Betingelser for lagring og transport

	Temperaturområde ved langfristig lagring -10 °C til +40 °C. Midlertidige temperaturopper, f.eks. i forbindelse med transport, på -20 °C til +60 °C tolereres godt av materialet og påvirker ikke sikkerheten og ytelsen til produktet.
	Beskyttes mot fuktighet under lagring og transport

Garanti

Vi gir en garanti for dette produktet i samsvar med lovkrav. Dette dekker material- og bearbeidingsfeil. Utelukket fra denne er slitasjedeler og deler/komponentgrupper som er utsatt for normal slitasje, samt skader som er et resultat av overdreven belastning, «ikke-forskriftsmessig bruk», voldsom skade eller utillatt endring/repasjon. I garantitilfelle henvender du deg til fagforhandler, hvor du har kjøpt dette produktet. På grunn av produktansvar får reparasjon-, vedlikeholds- og istandsettingsarbeid kun utføres av autorisert fagforhandler ved bruk av originale reservedeler



Produsent:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Tlf: +49 (08373) 987269
Faks: +49 (08373) 987276
e-post: info@a2j-intl.com
Internett: www.a2j-intl.com



Dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-forordning 2017/745 om medisinsk utstyr – Medical Device Regulation (MDR)