



PELVI.LOC® PL-3DB - XS - S - M - L - XL



W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu należy przed jego pierwszym użyciem przeczytać niniejszą instrukcję montażu i obsługi i stosować się do niej.



Zakres stosowania

PELVI.LOC® PL-3DB jest przeznaczony dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, zwłaszcza do pozycjonowania miednicy na wózkach inwalidzkich i aktywnych wózkach inwalidzkich oraz zapobiega ześlizgiwaniu się do przodu.

Przewidziana grupa pacjentów:

- dzieci, młodzież i dorośli
- płeć: kobiety i mężczyźni

Kontrola podczas odbioru

Całkowicie rozpakuj produkt i sprawdź przesyłkę pod kątem kompletności i uszkodzeń transportowych. Jeśli okaże się, że przesyłka ma wadę, wówczas:

1. Należy niezwłocznie złożyć reklamację firmie przewozowej.
2. Należy odnotować uszkodzenia/braki.
3. Należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nas lub specjalistycznego sprzedawcę.

Zakres dostawy

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DB -XS, -S, -M, -L, -XL wstępnie zmontowana
- 2) 2 x opaski kablowe 7,8 mm
- 3) 1 x informacje na temat pobierania instrukcji montażu i obsługi online

Łączenie wyrobów medycznych

Można używać z urządzeniami wspomagającymi stosowanymi z pasem do stabilizacji miednicy.

Montaż



Montaż powinna przeprowadzić osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę:

1. Umieścić podkładki (a) w obszarze miednicy/zgięcia bioder. - Opaska zębata (b) powinna być na górze.
 - Z przodu powinno się dać przeczytać logo umieszczone na podkładce!
2. Wyregulować odległość pomiędzy podkładkami za pomocą opaski zębatej (b), uruchamiając klamry zapadkowe (e).
 - Złącze opaski zębatej należy następnie umieścić centralnie pomiędzy podkładkami.
 - Wyciągnąć maksymalnie opaskę zębatą tak, aby za każdą klamrą zapadkową (c) pozostały jeszcze dwa wolne zęby.
 - W celu regulacji można poluzować taśmę na rzep (g) i wywinąć podkładkę (tylko w przypadku pasów z zakrytymi klamrami zapadkowymi)
3. Następnie przymocować perforowane pasy /taśmy paska (f) do rury ramy wózka inwalidzkiego.
4. Naciągać opaskę zębatą (b) równo po obu stronach do momentu, aż pomiędzy udem a podkładką będzie jeszcze miejsce na włożenie dłoni na płasko.
5. W razie potrzeby można przyciąć końce opaski zębatej do kształtu półkolistego. W razie potrzeby należy usunąć zadziory z końcówek przyciętych opasek zębatych. – Niebezpieczeństwo obrażeń!
6. Sprawdzić ściśle dopasowanie i mechanizm blokujący po obu stronach opaski zębatej!



Instrukcja obsługi



Instrukcje bezpieczeństwa

Pomimo stabilnej konstrukcji elementy takie jak pasy perforowane, taśmy paska, opaski zębate i podkładki są narażone na zużycie. Dlatego zaleca się dokładne sprawdzanie **PELVI.LOC®** co 3 miesiące. Upewnić się, czy nity i połączenia śrubowe są mocno osadzone!

- Przed użyciem należy upewnić się, czy produkt jest w stanie zdatnym do użytku i czy jest prawidłowo osadzony - ryzyko wypadku!
- Nie naprawiać ani nie kleić uszkodzonych elementów, takich jak pas perforowany/taśma paska (f), opaska zębata (b) lub podkładka (a) i nie używać ich ponownie - ryzyko wypadku!
- Nie siadać na podkładkach - niebezpieczeństwo powstania odcisków spowodowanych naciskiem zwłaszcza klamer zapadkowych (c)!
- Nie należy podnosić wózka powyżej **PELVI.LOC®** - ryzyko wypadku!
- Upewnić się, czy ręce nie znajdują się między perforowanym pasem a rurą ramy lub rurą pod siedziskiem - niebezpieczeństwo zgniecenia!
-

Ograniczenia w stosowaniu / działania niepożądane

- Nie należy używać **PELVI.LOC®** jeśli w obszarze podkładek znajdują się odciski, rany lub inne niezabliźnione urazy - niebezpieczeństwo obrażeń!
- Nie należy używać **PELVI.LOC®** w przypadku osteoporozy, łamliwości kości lub poważnych zaburzeń krążenia - niebezpieczeństwo obrażeń!
- Po oczyszczeniu należy zapewnić prawidłowe działanie **PELVI.LOC®**!
- Uszkodzony **PELVI.LOC®** należy natychmiast wymienić - ryzyko wypadku!



Uwaga:

- **PELVI.LOC®** nie jest częścią systemu przytrzymującego wózek inwalidzki i/lub pasażera podczas transportu w pojeździe transportowym dla osób niepełnosprawnych.
- W zakresie odpowiedzialności za produkt ani producent ani dystrybutor nie odpowiadają za ryzyko lub szkody spowodowane przez dzieci pozostające bez nadzoru!

Zastosowanie

1. Aby użyć **PELVI.LOC®** należy umieścić podkładki (a) w obszarze miednicy/zgięciu bioder.



Uwaga: Należy sprawdzić czy pod podkładką nie ma przedmiotów! W ten sposób unika się bolesnych odcisków.

2. Następnie przepuścić opaskę zębatą (b) przez odpowiednią zapadkę. W tym celu należy uruchomić odpowiednią klamrę zapadkową (e).
 3. Następnie naciągać opaskę zębatą (b) do momentu, aż pomiędzy udem a podkładką będzie jeszcze miejsce na włożenie dłoni na płasko.
 4. Upewnić się, czy zapadki (c) współpracują z zębami opaski zębatej!
- Przeprowadzić próbę rozciągania!

Jeśli podczas zakładania **PELVI.LOC®** dojdzie do niezamierzonego poluzowania systemu pozycjonowania, można ponownie napiąć system pozycjonowania.

Aby otworzyć **PELVI.LOC®** należy uruchomić zapadkę (c) i wyciągnąć opaskę zębatą.

- Upewnić się, czy podkładki nie znajdują się pomiędzy szprychami koła napędowego!

Czyszczenie i dezynfekcja

- Nadaje się do prania w pralce do 40 stopni.
- Możliwa dezynfekcja chemotermiczna poprzez dodanie ELTRA 40 do cyklu prania.
- Nie wirować.
- Nie nadaje się do suszarek.

Konserwacja

PELVI.LOC® należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń i działania.

Naprawy

Uszkodzony **PELVI.LOC®** należy natychmiast wymienić.

Utylizacja

- Opakowanie sprzętu nadaje się do ponownego użytku.
- Części metalowe nadają się do recyklingu złomu.
- Części plastikowe nadają się do recyklingu tworzyw sztucznych.
- Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami.
- Zwrócić się do władz miasta/gminy z zapytaniem o lokalne firmy zajmujące się utylizacją odpadów.

Dane techniczne

	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Szerokość siedziska (cm)			16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Wielkość podkładki (cm)			18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Waga (g)			220	220	280	280	280
Rozerwanie (przy ok. kg)			60	60	80	80	80

Rozmiar opaski zębatej XXXS - XXS		nie zawiera lateksu  
Rozmiar opaski zębatej XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm	
Rozmiar opaski zębatej M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm	
Rozmiar klamry zapadkowej XXXS		
Rozmiar klamry zapadkowej XXS	B-14-GO-BL	
Rozmiar klamry zapadkowej XS - S	B-19-ERGO-BL	
Rozmiar klamry zapadkowej M- L - XL	B-24-ERGO-BL	

Warunki przechowywania i transportu

	Zakres temperatur w przypadku długotrwałego przechowywania: od -10°C do +40°C. Krótkotrwałe skoki temperatury od -20°C do +60°C, np. podczas transportu, są dobrze tolerowane przez materiał i nie mają wpływu na bezpieczeństwo i wydajność produktu.
	Chronić przed wilgocią podczas przechowywania i transportu

Gwarancja

Udzielamy gwarancji na ten produkt zgodnie z przepisami ustawowymi. Obejmuje ona wady materiałowe i technologiczne. Z gwarancji wyłączone są części eksploatacyjne oraz części/podzespoły podlegające normalnemu zużyciu, a także uszkodzenia wynikające z nadmiernego obciążenia, „zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem”, użycia nadmiernej siły lub niedozwolonej modyfikacji/naprawy. W celu skorzystania z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Ze względu na odpowiedzialność za produkt wszelkie naprawy, konserwacje i prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych sprzedawców przy użyciu oryginalnych części zamiennych.



Producent:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Telefon: +49 (08373) 987269

Faks: +49 (08373) 987276

e-mail: info@a2j-intl.com

Strona internetowa: www.a2j-intl.com



Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych – Medical Device Regulation (MDR)

Stan na dzień 01.01.2025

Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian technicznych